

物質併用電気手術器（内視鏡用電気メス）

見積仕様書

社会福祉法人 恩賜  
財団 済生会支部

福岡県済生会大牟田病院

令和 2 年 10 月

1. 機器の名称

物質併用電気手術器（内視鏡用電気メス）

2. 数量

1 式

3. 機器の構成等

(1) 主な機器構成については、以下のとおりとする。

株式会社アムコ

VIO200 S	スタンダードモデル（4 ソケット）	E 121159	数量 1 個
VIO	1 ペダルフットスイッチ	E 120962	数量 1 個
VIO	2 ペダルフットスイッチ	E 120964	数量 1 個
VIO	コンパクト架台	2380367	数量 1 台
モノポーラケーブル	オリンパス用 4M	E 120882	数量 2 個

4. その他注意すべき事項

- (1) 主要諸元はメーカー使用とする。
- (2) 初期動作に必要な部品・消耗品類を揃えること。
- (3) 搬入据付費及び転倒防止対策工事費（安全性を確保する必要がある場合）を含むこと。
- (4) 工事の詳細については必ず病院担当者と協議したうえで決定すること。
- (5) 本装置は、本院の望む方法で本院の望む位置に設置し、その際の電源工事等、設置に必要な工事一式を含む。

5. 設置場所

(1) 設置場所

済生会大牟田病院 1 階内視鏡室