

電動油圧手術台見積仕様書

社会福祉法人 恩賜
財団 済生会支部

福岡県済生会大牟田病院

令和 3 年 10 月

1. 機器の名称

電動油圧手術台

2. 数量

1 式

3. 機器の構成等

(1) 主な機器構成については、以下のとおりとする。

ミズホ株式会社

3-1	電動油圧手術台 MOS-1302B 下肢牽除き、マットレス (18-470-11)	数量 1 台
3-2	上肢台本体 (08-065-05)	数量 2 個
3-3	上肢台マットレス (08-065-40)	数量 2 個
3-4	延長レール 220mm 左右組 (08-115-32)	数量 1 組

4. 仕様詳細

(1) 納入物品は以下の仕様を満たす事

- 4-1 テーブルトップの寸法は長さ 2,055 mm・幅 500 mm以上である事。
- 4-2 昇降範囲は床面から最低位 670mm以下、最高位 1,140mm以上である事。
- 4-3 縦転角度が骨盤高位・低位共に 25 度以上の可動範囲を有する事。
- 4-4 横転角度が左右 20 度以上である事。
- 4-5 背板屈折角度は、上に 60 度以上の可動範囲を有する事。
- 4-6 頭部板の屈折角度は、上に 60 度、下に 90 度の可動範囲を有する事。
- 4-7 バックアップ電源として、本体にバッテリー及び充電器を本体に内蔵している事。
- 4-8 操作ボックス不具合時に緊急用のマニュアルブレーキ解除レバーがある事。
- 4-9 操作ボックス不具合時に備え、コラムベースに緊急用操作スイッチを有している事。
- 4-10 既存の下肢牽引装置が装着可能である事。

5. その他注意すべき事項

- (1) 主要諸元はメーカー使用とする。
- (2) 初期動作に必要な部品・消耗品類を揃えること。
- (3) 搬入・据付・調整費及び転倒防止対策工事費（安全性を確保する必要がある場合）を含むこと。
- (4) 工事の詳細については必ず病院担当者と協議したうえで決定すること。
- (5) 本装置は、本院の望む方法で本院の望む位置に設置し、その際の電源工事等、設置に必要な工事一式を含む。

6. 設置場所

(1) 設置場所

済生会大牟田病院 3階手術室（手術室4）