

泌尿器科カメラヘッド一式

仕様書

社会福祉法人恩賜財団済生会支部福岡県済生会大牟田病院

令和 8 年 2 月

1. 調達物品名および構成内訳

泌尿器科用カメラヘッド一式  
(構成内訳)

1. 泌尿器科用カメラヘッド 1 台

泌尿器科用カメラヘッド一式は下の条件を満たすこと。

1. 泌尿器科用カメラヘッド

- 1-1. HD観察が可能であること。
- 1-2. ヘッド部重量は 100g 以下であり、リモートスイッチを有していること。
- 1-3. EOGもしくはステラッド滅菌が可能であること。
- 1-4. ビデオシステムセンター (OTV-S190) に接続可能であること。
- 1-5. 対応のビデオシステムセンター及び高輝度光源装置との接続によって、  
粘膜表面上の血管と組織の観察を容易にする狭帯域光観察が可能であること。

以上